

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00075-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
11/09/2017Página
1

Tel. : 62.32210685

E-Mail: krodarte@sescgo.com.br

Fax : 6232210630

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/02281	CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SENDO: *CADEIRA ODONTOLÓGICA; *UNIDADE AUXILIAR; *EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO; *REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL. COR: AZUL PETRÓLEO. .	CONJ	2
2	RCMS	MOCHO ODONTOLOGICO - MOVIMENTOS ACIONADOS ATRAVÉS DE ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODIZIOS DUPLOS; ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS ANATOMICAMENTE E TOTALMENTE SEM COSTURAS; INCLINAÇÃO DO ENCOSTO PARA FRENTE 10°; PARA TRÁS 8°; CAPACIDADE DE CARGA 135,0 KG; SISTEMA DE ELEVAÇÃO PISTÃO A GÁS; OBS: NA MESMA COR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA , COR: AZUL PETRÓLEO. COMREGISTRO NA ANVISA. UND. .	UND	5
3	17/01630	APARELHO DE RX - COM BASE DE FERRO FUNDIDO DIMENSIONADA PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM ESTABILIDADE; COM REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO; VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP; INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 8 MA; CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CHUMBO DE 0,5 MM; FILTRO DE ALUMÍNIO EQUIVALENTE A 2,5 MM; DUPLA COLIMAÇÃO; ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO; SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS-X; BRAÇO ARTICULADO; CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO; FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8 MM; TIMER DIGITAL MICROCONTROLADO; COMPENSADOR ELETRÔNICO DE TEMPO QUE CORRIGE O TEMPO DE EXPOSIÇÃO E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SUB E SOBRETENSÃO; CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO; DISPLAY DIGITAL E TECLADO DE MEMBRANA POSSUIR TOTAL ADEQUAÇÃO A TODAS ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO; TENSÃO :127 / 220V EM 50/60 HZ; FOCO: 0,8 X 0,8 MM; POTÊNCIA: 950 VA; FUSÍVEL: 15 A (127 V) E 10 A (220 V); COMPRIMENTO BRAÇO: 1095 MM. COM REGISTRO NA ANVISA. UND. .	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

KARLLA CRISTHINA RODARTE
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 25/10/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00075-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
11/09/2017Página
2

Tel. : 62.32210685

E-Mail: krodarte@sescgo.com.br

Fax : 6232210630

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF : GO CEP : 74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
4	RCMS	AUTOCLAVE 21L - REVESTIMENTO EXTERNO TOTALMENTE FABRICADO EM ALUMÍNIO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX ALTAMENTE RESISTENTE A TEMPERATURA, PRESSÃO E OXIDAÇÃO; PINTURA A BASE DE EPÓXI; 4 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS COM ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DA CÂMARA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX; CONTROLADOR MICROPROCESSADO AUTO GERENCIADO; PORTA COM SENSORES; VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA PRESSÃO EXCESSIVA; TERMOSTATO DE SEGURANÇA; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,3 / 1,7 / 2,1 / 2,3 KGF/CM ² +/- 0,2 KGF/CM ² ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 121°C / 127°C / 131°C / 134°C; TEMPOS DE ESTERILIZAÇÃO: 6 / 15 / 30; POTÊNCIA: 1750 W; TENSÃO: 220V OU 110 V. COM REGISTRO NA ANVISA. UND.	UND	2
5	RCMS	CUBA ULTRASSÔNICA - CUBA E CESTO EM AÇO INOX; CAPACIDADE DO TANQUE DE 3 LITROS; FREQUÊNCIA DO ULTRASOM DE 39 A 44 KHZ; COM VÁLVULA PARA DRENAGEM; REGULAGEM DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO; BIVOLT; SISTEMA DE AQUECIMENTO COM COMANDO MANUAL E AUTOMÁTICO PARA ACIONAMENTO; TEMPERATURA MÁXIMA ALCANÇADA: ENTRE 45 A 55°C. COM REGISTRO NA ANVISA. UND.	UND	1

ObservaçõesATENDIMENTO A ESTA CONCORRÊNCIA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS PUBLICADOS NO SITE www.sescgo.com.br - Licitações - Concorrência - 17/01.00075-CC.**Notas******* ÚLTIMA PÁGINA *****

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

KARLLA CRISTHINA RODARTE
SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 25/10/2017 às 09:00h